


Zimbra**091315270515@tre-ba.jus.br**

Re: PE 18/2021 - ESCLARECIMENTO

De : Raul Almeida da Paz <091315270515@tre-ba.jus.br>

Qui, 22 de jul de 2021 23:21

Assunto : Re: PE 18/2021 - ESCLARECIMENTO 1 anexo**Para :** licitacao@is8.com.br**Cc :** rpaz <rpaz@tre-ba.jus.br>, sedas <sedas@tre-ba.jus.br>

Prezado licitante,

Segue a resposta para o questionamento apresentado:

Item 84: Indicador químico com as seguintes características:

- Classe: classe v;
- Tipo: integrador;
- Apresentação: pacote pronto para teste, uso único;
- Características adicionais: para esterilização a vapor;
- Componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição, Unidade.

Atenciosamente,

Raul Almeida da Paz
Pregoeiro

De: "LICITAÇÃO IS8" <licitacao@is8.com.br>**Para:** "rpaz" <rpaz@tre-ba.jus.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 22 de julho de 2021 15:30:10**Assunto:** PE 18/2021 - ESCLARECIMENTO

Sr. pregoeiro, boa tarde

Ao analisarmos o item 84, verificamos que, como o item está descrito, gera duplicidade de informação :

ITEM 84 - Indicador químico, classe: classe v, tipo: integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição, Unidade

Perguntamos :

O que está sendo licitado é INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR CLASSE V ? Ou Pacote pronto para teste (Liberador de Carga) ?

Agradecemos o breve retorno.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Grata !



Eliana Borsare

Comercial / Licitações

Al. São Caetano, 1807 – Cj. 11 – São Caetano do Sul – SP

(11) 3565-7705

(11) 96157-4799
